

Код работы: 87.Д.3267.1

Дата поступления в лабораторию: 22.12.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Глина

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25/45

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	НД на методы испытаний
Th-232	Бк/кг	37,8	9,04	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
Ra-226	Бк/кг	18,4	10,6	
K-40	Бк/кг	568	98,4	

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	Норматив*	НД на методы испытания
A _{эфф}	Бк/кг	118,3	17,85	-	ГОСТ 30108-94
A _{эфф.м.}	Бк/кг	136,1	-	370	

*СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)

Дата выдачи результата испытаний: 28.12.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант	Кислякова Е.Н.	

Врио заведующего ЛРК и ФФ:

Камышникова И.В.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 1 стр.